

Комисија за јавну набавку НМВ-02/17, набавка добара - набавка потрошног лабораторијског материјала и прибора, обликована у 2 партије, образована Решењем 32/02-2/17 од 06.02.2017. године

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – набавка потрошног лабораторијског материјала и прибора, обликована у 2 партије, број НМВ-02/2017

Дана 10.02.2017. године, путем е-маила, примљен је захтев за додатним информацијама, појашњењима, потенцијалног понуђача у вези са припремом понуде за јавну набавку добара - набавка потрошног лабораторијског материјала и прибора, обликована у 2 партије, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15), у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје следеће одговоре на постављена питања, за **Партију 2. потрошни лабораторијски материјал**, за добра под следећим редним бројевима из техничке спецификације:

1. Питање за добро под рбр. 2: Да ли сте мислили на дужину алуминијумске лопатице пошто се не декларише пречник?

Одговор: Да.

2. Питање за добро под рбр. 3: Да ли је одговарајућа лопатица дужине 250mm, наведене димензије не постоје?

Одговор: Да

3. Питање за добро под рбр. 5: Азбестних мрежица више нема на тржишту, да ли је одговарајуца керамичка мрежица? Молимо Вас наведите димензије.

Одговор: Да 15x15.

4. Питање за добро под рбр. 7: Да ли сте мислили на нормални суд од 1l, пошто пластичних балона RD нема на тржишту?

Одговор: Да.

5. Питање за добро под рбр. 11: Молим Вас дефинишите боље запремину. Да ли су одговарајуће боце од 50ml или 100ml?

Одговор: Од 100ml.

6. Питање за добро под рбр. 18: Молим Вас наведите произвођача и каталошки број или дајте прецизнију спецификацију, ставка целулозни филм се не може понудити као таква?

Одговор: Позиција се брише.

7. Питање за добро под рбр. 27: Молимо наведите димензије или тип суда за који су Вам потребне четке?

Одговор: Од 30mm.

8. Питање за добро под рбр. 29: Молим Вас наведите пречник епрувета?

Одговор: Ø16.

9. Питање за добро под рбр. 32: Молимо Вас наведите димензије?

Одговор: 8x30mm.

10. Питање за добро под рбр. 35: Да ли је одговарајуће понудити ерленмајер од 250ml пошто ерленмајере запремине од 200ml не проналазимо код различитих произвођача?

Одговор: Да.

11. Питање за добро под рбр. 38: Да ли Вам је потребан квалитативни или квантитативни филтер папир?

Одговор: Квантитативни филтер папир.

12. Питање за добро под рбр. 39: Да ли Вам је потребан квалитативни или квантитативни филтер папир? Који пречник Вам је потребан?

Одговор: Квантитативни филтер папир, у табацима.

13. Питање за добро под рбр. 40: Да ли Вам је потребан квалитативни или квантитативни филтер папир? Који пречник Вам је потребан?

Одговор: Квалитативни филтер папир, у табацима.

14. Питање за добро под рбр. 41: Да ли Вам је потребан квалитативни или квантитативни филтер папир? Који пречник Вам је потребан?

Одговор: Квалитативни филтер папир, у табацима.

15. Питање за добро под рбр. 42: Молимо наведите одговарајући пречник и величину пора.

Одговор: Позиција се брише.

16. Питање за добро под рбр. 43: Да ли је одговарајућа санитарска вата?

Одговор: Да.

17. Питање за добро под рбр. 49: Молим Вас наведите дужину.

Одговор: 200mm.

18. Питање за добро под рбр. 50: Да ли Вам је потребан минерални хидрогел?

Одговор: Да.

19. Питање за добро под рбр. 51: Да ли Вам је потребно 30пак од 100ком како је тражено паковање или Вам је прихватљиво једно паковање од 100ком?

Одговор: 30пак. од 100ком.

20. Питање за добро под рбр. 55: Молим Вас наведите запремину.

Одговор: 1мл.

21. Питање за добро под рбр. 64: Да ли је одговарајућа туба од 50ml?

Одговор: Не.

22. Питање за добро под рбр. 69: Молим Вас наведите запремину.

Одговор: Позиција се брише.

23. Питање за добро под рбр. 72: Молим Вас наведите број места. Да ли је одговарајућа картонска кутија са картонским затварачем?

Одговор: Позиција се брише.

24. Питање за добро под рбр. 74: Молим Вас дефинишите паковање.

Одговор: Позиција се брише.

25. Питање за добро под рбр. 75: Да ли Вам је потребан црвени или плави лакмус папир?

Одговор: Универзални 1-14.

26. Питање за добро под рбр. 80: Да ли Вам је потребна аутоклав трака или трака за суву стерилизацију?

Одговор: Аутоклав трака.

27. Питање за добро под рбр. 84: Молим Вас дефинишите једну димензију обзиром да није могуће дати једну цену за маказе различитих димензија.

Одговор: 20цм.

28. Питање за добро под рбр. 86: Молим наведите дужину.

Одговор: 250мм.

29. Питање за добро под рбр. 95: Молим Вас проверите каталошки број обзиром да га не проналазимо на сајту наведеног произвођача.

Одговор: Позиција се брише.

30. Питање за добро под рбр. 124: Молим Вас дефинишите паковање.

Одговор: Позиција се брише.

31. Питање за добро под рбр. 135: Молим Вас коригујте количину обзиром да је паковање 1000ком.

Одговор: 10.

32. Питање за добро под рбр. 136: Молим Вас дефинишите ставку И наведите произвођача и каталошки број обзиром да није могуће понудити овако наведену ставку.

Одговор: Позиција се брише.

33. Питање за добро под рбр. 137: Молим Вас дефинишите ставку и наведите произвођача и каталошки број обзиром да није могуће понудити овако наведену ставку.

Одговор: Позиција се брише.

34. Питање за добро под рбр. 140: Да ли су Вам потребне пипете по Pasteru? Уколико нису молим Вас наведите произвођача и каталошки број.

Одговор: 5мл.

35. Питање за добро под рбр. 142: Молим Вас наведите димензије.

Одговор: 200x300мм.

36. Питање за добро под рбр. 144: Молим Вас појасните ста подразумевате под пластичном врећицом са шлифом. Да ли су Вам потребне врећице са зип затварањем.

Одговор: Позиција се брише.

37. Питање за добро под рбр. 145: Молим Вас наведите димензије и имајте у виду да су паковања покровних стакала тразеног произвођача 100 или 200ком.

Одговор: 100ком. 20x20мм.

38. Питање за добро под рбр. 146: Молим Вас прецизирајте каква Вам је плочица потребна. Да ли су Вам потребне плочице са удубљењима?

Одговор: Позиција се брише.

39. Питање за добро под рбр. 156: Да ли је реч о latex рукавицама без пудера?

Одговор: Да.

40. Питање за добро под рбр. 157: : Да ли је реч о latex рукавицама без пудера?

Одговор: Да.

41. Питање за добро под рбр. 158: : Да ли је реч о latex рукавицама без пудера?

Одговор: Да.

42. Питање за добро под рбр. 163: Обзиром да је паковање тражених рукавица 1ком, молим вас прецизирајте да ли Вам је потребно 7ком или 700ком.

Одговор: Да.

43. Питање за добро под рбр. 164: Да ли је реч о latex рукавицама са пудером?

Одговор: Да.

44. Питање за добро под рбр. 165: Да ли је реч о latex рукавицама са пудером??

Одговор: Да.

45. Питање за добро под рбр. 176: Молим Вас наведите пречник и материјал суринге филтера који Вам је прихватљив.

Одговор: Позиција се брише.

46. Питање за добро под рбр. 177: Молим Вас дефинишите једну димензију обзиром да није могуће дати једну цену за шпатуле различитих димензија.

Одговор: 200мм.

47. Питање за добро под рбр. 181: Молим Вас наведите прихватљиве димензије. Да ли је одговарајући троугао 50mm?

Одговор: Да.

48. Питање за добро под рбр. 192: Да ли Вам је потребна микроцентрифушка туба од 1,5ml?

Одговор: Да.

49. Питање за добро под рбр. 193: Да ли Вам је потребна микроцентрифушка туба од 2ml?

Одговор: Да.

50. Питање за добро под рбр. 196: Молим Вас дефинишите какве су Вам виале потребне. Да ли су одговарајуће центрифуске тубе од 50ml?

Одговор: Да.

51. Питање за добро под рбр. 197: Да ли су наведени доњи, горњи или средњи пречник запушача?

Одговор: Доњи

52. Питање за добро под рбр. 198: Да ли су наведени доњи, горњи или средњи пречник запушача?

Одговор: Доњи

53. Питање за добро под рбр. 199: Да ли су наведени доњи, горњи или средњи пречник запушача?

Одговор: Доњи

54. Питање за добро под рбр. 201: Да ли Вам је потребан пластични, гумени или метални чеп?

Одговор: Метални

55. Питање за добро под рбр. 206: Да ли су Вам потребне микротитар плоче? Молим Вас наведите да ли су стерилне или нестерилне, и који тип дна имају.

Одговор: Позиција се брише.

Комисија за јавну набавку