

Комисија за јавну набавку НМВ-02/17, набавка добара - набавка потрошног лабораторијског материјала и прибора, обликована у 2 партије, образована Решењем 32/02-2/17 од 06.02.2017. године

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – набавка потрошног лабораторијског материјала и прибора, обликована у 2 партије, број НМВ-02/2017

Дана 14.02.2017. године, путем е-маила, примљен је захтев за додатним информацијама, појашњењима, потенцијалног понуђача у вези са припремом понуде за јавну набавку добара - набавка потрошног лабораторијског материјала и прибора, обликована у 2 партије, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15), у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје следеће одговоре на постављена питања, за **Партија 1. – лабораторијски прибор**, за добра под следећим редним бројевима из техничке спецификације:

1. Питање за добро под рбр.1 и 2: да ли мислите на диспензор или аутоматску бирету?

Одговор: На аутоматску бирету.

2. Питање за добро под рбр. 7: колико треба да буде дугачко грло?

Одговор: Стандардно кратко грло.

3. Питање за добро под рбр.8 и 9: равно или округло дно?

Одговор: Равно дно.

4. Питање за добро под рбр. 10: да ли се мисли на бочну цев? Да ли може 100 мл, обзиром да 150 мл није стандардно?Ови балони не могу имати славину.

Одговор: 100 мл са бочном цеви.

5. Питање за добро под рбр. 11: да ли се мисли на бочну цев? Ови балони не могу имати славину.

Одговор: 250 мл са бочном цеви.

6. Питање за добро под рбр. 12: да ли треба са бочном цеви или обичан балон са шлифом 29/32, округло дно, без бочне цеви?

Одговор:Обичан балон за дестилацију од 1000 мл без бочне цеви.

7. Питање за добро под рбр. 14: да ли се мисли на обичну бирету, равна славина?
Стаклена или тефлон славина?

Одговор: Обична бирета, тефлон славина.

8. Питање за добро под рбр. 18: да ли мислите на бирету по Pelletu?

Одговор: Не, бирета по Шелбаху полуаутоматска.

9. Питање за добро под рбр. 19: да ли мислите на реагенс боцу или боцу за прах (са ширим грлом).

Одговор: Тамна боца за растворе од 10 л.

10. Питање за добро под рбр. 21-23: да ли се мисли на боцу са навојем? Да ли се може понудити неког другог произвођача?

Одговор: Обоча боца са навојем, може и други произвођ.

11. Питање за добро под рбр. 21: да ли се може понудити 250 мл, обзиром да 300 мл није стандардно?

Одговор: Може 250 мл.

12. Питање за добро под рбр. 24: праховке немају навој већ шлифовани стаклени чеп, да ли је потребно понудити боце са навојем или боце за прах са стакленим чепом?

Одговор: Праховке са шлифом.

13. Питање за добро под рбр. 52-54: обичан или вакуум ексикатор са славином?

Одговор: Обичан ексикатор.

14. Питање за добро под рбр. 54: молим да наведете пречник ексикатора, мерено изнад порцеланске плоче.

Одговор: 300мм.

15. Питање за добро под рбр. 56: да ли је ово унутрашњи или спољњи пречник? Молим наведите дужину епрувете.

Одговор: 160x15.

16. Питање за добро под рбр. 59: да ли мислите на бацто епрувете? Молим наведите димензију.

Одговор: 160x16.

17. Питање за добро под рбр. 60: да ли мислите на пипете по Sahliju 0,02 ml?

Одговор: Да.

18. Питање за добро под рбр. 67 : уско или широко грло?

Одговор: Широко грло.

19. Питање за добро под рбр. 75-76: уско или широко грло?

Одговор: Широко грло.

20. Питање за добро под рбр. 79: Да ли мислите на хладњак по Libigu или Ахлину или неки други?

Одговор: На хладњак по Libigu.

21. Питање за добро под рбр. 80: молим наведите димензију кивете?

Одговор: Стандардне.

22. Питање за добро под рбр. 81 и 82: да ли мислите на клипне стаклене, градуисане пипете или нешто друго? Молим неки кат број.

Одговор: Клипне стаклене пропипете.

23. Питање за добро под рбр. 87 и 88: прецници левка 1 и 2 цм су веома мали. Најмања димензија је 2,5 цм. Које можемо понудити за обе ставке??

Одговор: Позиција 87 се брише, а за позицију 88, понудите 2,5цм.

24. Питање за добро под рбр. 93 и 94: да ли се може понудити левак по Squibu.

Одговор: Да.

25. Питање за добро под рбр. 96: да ли се мисли на обичан левак, кратка цев.

Одговор: Да.

26. Питање за добро под рбр. 97: ако мислите левак за брзо филтрирање, највећи пречник је 10 цм, или на ребрасти левак, fi 20 см?

Одговор: Ребрасти левак.

27. Питање за добро под рбр. 127 и 128: да ли само бочице или треба да имају и затвараче.

Одговор: Са затварачем.

28. Питање за добро под рбр. 135: трбушаста или градуисана?

Одговор: Градуисана.

29. Питање за добро под рбр. 152: да ли мислите на капаљку са гумивом за боцу капалицу? Да ли за боцу од 50 мл, 100 мл?.

Одговор: Да, за боцу од 50мл.

30. Питање за добро под рбр. 153: да ли је ово димензија поклопца мерена са ободом? У том случају је то поклопац за ексикатор fi 200 mm или мислите на неки други?

Одговор: За ексикатор 200мм.

31. Питање за добро под рбр. 160: да ли је у питању боца са навојем, плави чеп?

Одговор: Да.

32. Питање за добро под рбр. 165: молим наведите димензије капиларе.

Одговор: 100мм.

33. Питање за добро под рбр. 174: Обзиром да Т наставак има три шлифа, да ли сва три треба да буду 14.5/23?

Одговор: Да.

34. Питање за добро под рбр. 175: Обзиром да Т наставак има три шлифа, да ли сва три треба да буду 29/32?

Одговор: Да.

35. Питање за добро под рбр. 180: висина 40 мм, пречник 50 мм?

Одговор: Да.

36. Питање за добро под рбр. 181: висина 65 мм, прецник 50 мм?

Одговор: Да.

37. Питање за добро под рбр. 186: молим наведите димензије.

Одговор: 60x30.

Комисија за јавну набавку